
Fwd: offerta purge&trap

Da : Daniela Cicconetti <d.cicconetti@artaabruzzo.it>

lun, 01 ott 2018, 08:12

Oggetto : Fwd: offerta purge&trap

3 allegati

A : Francesco Chiavaroli <francesco.chiavaroli@artaabruzzo.it>,
Marco Cacciagrano <m.cacciagrano@artaabruzzo.it>, Giovanni
Tremante <g.tremante@artaabruzzo.it>**Cc :** Francesca Fusco <f.fusco@artaabruzzo.it>, Rita Aloisio
<r.aloisio@artaabruzzo.it>, Mauro Campanella
<m.campanella@artaabruzzo.it>, Virginia Lena
<v.lena@artaabruzzo.it>, D. Flammini
<d.flammini@artaabruzzo.it>, E. Scamosci
<e.scamosci@artaabruzzo.it>

-Buongiorno

il nostro P&T per l'analisi dei volatili in tutte le matrici si è nuovamente rotto dopo diversi fermi avvenuti durante l'anno, la ditta ha inviato una offerta per l'intervento ed una offerta per l'upgrade. La sostituzione/riparazione è quantomai opportuna in quanto i volatili vengono analizzati in tutte le matrici , e quotidianamente sulle potabili per l'emergenza Gran Sasso .Inoltre la pronta disponibilità dei laboratori ARTA è basata sulle emergenze relative alla presenza nelle potabili di questi composti. I nostri colleghi dei Distretti di L'Aquila e Pescara si alternano per eseguire le analisi dei nostri campioni ma lamentano anch'essi la difficoltà di incrementare le loro attività ,già onerose, soprattutto in questa fase, durante la quale stanno portando avanti le attività per l'accreditamento delle prove, obiettivo regionale per il 2018, proprio dei volatili, attività per la quale è necessario dedicare maggiormente lo strumento alla validazione.

In attesa divostre valutazioni in merito porgo

Cordiali saluti

Dott.ssa Daniela Cicconetti
ARTA Abruzzo
Distretto di Teramo
Piazza Martiri Pennesi, 29
64100 Teramo
Tel: 0861 2565515 - 366 6039004
Fax: 0861 2565528
email: d.cicconetti@artaabruzzo.it

--

**AGILENT CROSSLAB QUOTATION.pdf**

217 KB

 **IT-VAM4-418-898-Atomx Arta Teramo.pdf**
103 KB

 **Tekmar Atomx XYZ Brochure.pdf**
873 KB



Agilent Technologies

Agilent Technologies Italia S.p.A.
Life Sciences & Chemical Analysis
Via Piero Gobetti 2/C
20063 Cernusco Sul Naviglio MI
Italy

Telefono: 800 012 575
Fax: 02 38591126
E-mail: customercare_italy@agilent.com
Pagina Web: <http://www.home.agilent.com>

Contatto cliente:

Agenzia Regionale per la tutela
dell' Ambiente
V.le Marconi 51
I-65126
PESCARA
Partita IVA : IT01599980685
Dott.ssa Daniela Cicconetti
d.cicconetti@artaabruzzo.it
08542545274

Indirizzo di fatturazione:

Agenzia Regionale per la tutela
dell' Ambiente
V.le Marconi 51
I-65126
PESCARA

Indirizzo di spedizione:

Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
I-64100 TERAMO TE

Luogo:

Stanza
Edificio
Laboratorio
Dipartimento

Descrizione del Problema: TR problema ripresentato vedi 8102121772

products | applications | software | services

OFFERTA

Numero Offerta: 3000278278	Data Emissione Offerta: 27.09.2018
Prodotto Nr: OIANA-10006	Descrizione: 4551A - OI Analytical - Purge and Trap W
Numero di Serie: D742466584P	Data Scadenza Offerta: 27.10.2018
Condizioni di pagamento: Net 180 days	Accettazione offerta per: Ordine di Acquisto o Timbro e Firma
Numero di richiesta di servizio: 8102121772	

Inoltare a:

Nome Del Contatto: Customercare
E-mail: customercare_italy@agilent.com
Telefono: 800 012 575
Fax: 02 38591126

Learn more about Agilent's Special Offers, Products, Services and our
full range of laboratory productivity solutions optimized for your
applications and workflows. Visit us at www.agilent.com/chem

Agilent Technologies Italia S.p.A.
Via Piero Gobetti 2/c
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy, Num. Mecc. MI298824, Reg. Imprese MI 86225/1999,
P. IVA IT12785290151, Cap.soc. € 6.338.800 i.v.
Unico Socio-Attività di direzione e coordinamento Agilent Technologies Inc.

Banca Citibank NA,
12 VIA DEI MERCANTI 20121, MILANO
Account : 00118125037
IBAN: IT43H0356601600000118125037
SWIFT BIC : CITIITMX

Originale

Numero Offerta: 3000278278

Data Emissione Offerta: 27.09.2018

Descrizione offerta richiesta di servizio:

Numero Articolo	Articolo	Descrizione	Tariffa	Q.tà	Prezzo Servizio	Prezzo Totale (EUR)
1000	REPAIR	Riparazione	Trasf. e manod. Iniz	1,00	724,00	724,00
1000			Manodopera	6,00	209,00	1.254,00
1000			Service Subtotal			1.978,00
1000			Importo I.V.A.			435,17
1010	MV-O-327532	I/O Board	Materiali	1,00	1.373,67	1.373,67
1010			Importo I.V.A.			302,21
1020	MV-O-321921	Main 4660 pic board	Materiali	1,00	2.103,06	2.103,06
1020			Importo I.V.A.			462,67
1030	MV-O-328355	ADS BOARD WIN CE	Materiali	1,00	3.354,84	3.354,84
1030			Importo I.V.A.			738,06
1040	MV-O-320593	Power Supply - AC/DC 12V/12.5	Materiali	1,00	446,93	446,93
1040			Importo I.V.A.			98,32
					Totale imponibile	9.256,50
					IVA 22,000 %	2.036,43
					Prezzo Totale	11.292,93

Informazioni Aggiuntive:

Data Emissione Offerta: 27.09.2018

Nome cliente:	Firma del cliente:	Data:	Ordine Di Acquisto:
Indirizzo di fatturazione:			

L'importo sopra citato Vi è fornito a titolo indicativo. La fattura definitiva sarà stabilita in funzione dell'intervento realizzato sul Vostro strumento (materiale utilizzato e manodopera). Questa verrà inviata automaticamente alla chiusura dell'intervento tecnico se non sarà pervenuto il Vostro gradito ordine entro 10 gg. lavorativi. Condizioni di pagamento, salvo richiesta pagamento anticipato: r.d. 60 gg.d.f.f.m.. Per tutto quanto non contemplato nel presente documento fanno fede le condizioni generali allegate. Il preventivo si riferisce a parti Nuove sigillate da fabbrica. In caso di disponibilità sarà nostra premura inviarvi una parte ricondizionata ad un prezzo inferiore. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche D.Lgs. 106/09), i costi aggiuntivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze con le lavorazioni della committente o altro suo appaltatore sono pari a Euro 0. Se è Vostra preferenza ricevere unicamente parti Nuove Vi preghiamo di comunicarcelo allo 800 012 575. In caso di installazione da parte di personale non qualificato Agilent, decade la garanzia sui ricambi stessi.

Numero Offerta: 3000278278

Data Emissione Offerta: 27.09.2018

Tutti i Servizi e Ricambi indicati in questa Offerta sono soggetti alle versioni più aggiornate delle Condizioni Generali di Servizi Agilent

(<https://www.agilent.com/en-us/services/e16s-emeai>) e delle Condizioni Generali di Vendita Agilent per quanto concerne i Ricambi

(<https://www.agilent.com/en-us/services/e16s-emeai>), o alle Condizioni Generali di Vendita Agilent per Rivenditori Occasionali) e ad ogni altra condizione applicabile indicata nel presente documento. Si riterrà valido e applicabile tutto quanto sopra riportato ed indicato con il termine "Condizioni". Una copia delle Condizioni è allegata al presente documento o Vi è già stata fornita precedentemente. Vi preghiamo di contattarci nel caso in cui non ne aveste ricevuto copia o se aveste necessità di un'ulteriore copia. Nel caso di un eventuale altro accordo sottoscritto con Agilent in merito alla vendita dei Servizi e Ricambi indicati in Offerta, le condizioni di tale accordo prevarranno sulle "Condizioni". Agilent, salvo i casi in cui esista un suo specifico accordo scritto, disconosce espressamente qualsiasi condizione diversa o aggiuntiva indicata sugli ordini di acquisto/vendita del Cliente. Al momento dell'offerta le date di disponibilità dei Ricambi e Servizi si intendono presunte. Le date o i periodi di consegna effettivi saranno specificati quando Agilent avrà ricevuto ed accettato l'ordine di acquisto. Le Condizioni di cui sopra si applicano nella misura più ampia consentita dalla legge. Il Cliente può comunque godere di altri diritti legali o giuridici. Prodotti, tecnologie o software esportati dagli Stati Uniti d'America ("US") o da altri paesi sono soggetti alle Export Administration Regulations degli Stati Uniti e alle leggi e direttive in materia di esportazione vigenti in tutti i paesi esportatori. Deroghe in opposizione alla legge degli Stati Uniti e alle leggi e direttive vigenti in materia di esportazione sono proibite. Garanzia: salvo diversamente indicato in questa offerta, i Ricambi qui menzionati sono coperti da una garanzia di sostituzione di 90 giorni. I componenti sostituiti diverranno proprietà di Agilent.