

**VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'**  
**(DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 Art. 102)**

Oggi 16/01/2024, dalle ore 15:00 alle ore 15:30, presso il Laboratorio di Tossicologia della Sez. di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto di Pescara dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:

- Dott.ssa Alessandra Arizzi Novelli Responsabile Ufficio Tossicologia Ambientale, Indici biotici e Accreditamento della Sezione BTA;
- Lucia Mastrangioli Tecnico di Laboratorio della Sezione BTA


si è proceduto alla verifica della conformità di n° 1 Biolight Toxy (corpo centrale BIO2019 con N° di serie BL11230027-TR; n° 1 blocco con 30 pozzetti piccoli (corpo esterno BIO 2020 con N° di serie BL112304009-12; n° 1 blocco con 30 pozzetti grandi (corpo esterno BIO 2021 con N° di serie BL11230423-17) fornito dalla ditta Ecotox.

Al momento si è proceduto alla prima accensione dello strumento e il sistema appare completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti alla sola verifica del funzionamento.

Seguirà prova di funzionamento completo con l'attivazione dei due blocchi previa esecuzione di un corso da concordare con la ditta fornitrice.

Pescara 18/01/2023

Alessandra Arizzi Novelli



Lucia Mastrangioli

