

## VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 116)

Oggi 09/05/2024, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso il Laboratorio di Teramo della Sez. Chimica ambientale del Distretto di Teramo dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:

- ☐ Dott. Pierino Di Pietro responsabile dell'Ufficio Chimica ambientale;
- ☐ Dott.ssa Luciana Di Croce Responsabile della Sezione Chimica ambientale;

si è proceduto alla verifica della conformità di **Produttore Acqua Ultrapura HLP5** come meglio di seguito specificato:

**Produttore acqua ultrapura HLP5 grado I/II**

**S/N: H52309582334425UV**

**Lampada UV 185/254nm**

**Serbatoio in pressione 80 lt**

**Connection to a washer**

**Rubinetto grigio per acqua demi, tubo spir**

**Prefiltro 5um/10" per HLP**

**Prefiltro 5um/10" per HLP**

**Modulo A2 per HLP (carbone attivi)**

**Modulo A2 per HLP (carbone attivi)**

**Modulo H7 TOC 2000ml resine a scambio ioni**


**Capsula per microfiltrazione 0,2um MF**


**Set di sanitizzazione per Hydrolab**

**Polvere di sanitizzazione 60g**

- n.2 Modulo H7 TOC 200ml resine a scambio Ioni IN ATTESA di ricezione.

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento l'apparecchio è risultato completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti, conforme alle caratteristiche tecniche richieste e rispondente alle aspettative prestazionali.

  
\_\_\_\_\_  
(Resp Ufficio  
Dott. Pierino Di Pietro)

  
\_\_\_\_\_  
(Resp Sezione Chimica  
Dott.ssa Luciana Di Croce)

**E**  
ARTA ABRUZZO  
Protocollo Generale  
Protocollo N.0018791/2024 del 21/05/2024