

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 116)


Oggi 24/05/2024, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, presso il Laboratorio di Biologia e Tossicologia Ambientale, Epidemiologia Ambientale del Distretto di Teramo dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA):

La presente, Dott.ssa Bakoly Corinne Rafalimanantsoa, Collaboratore Tecnico Professionale

Ha proceduto alla verifica della conformità del **BAGNOMARIA CON SCUOTIMENTO** fornito dalla ditta **Chimica Centro** come meglio di seguito specificato:

- **Modello DKZ-1/SB-35, S/N 230205206, marchio ARGO LAB**

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento l'apparecchio è risultato completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti, conforme alle caratteristiche tecniche richieste e rispondente alle aspettative prestazionali.



GIORGIO·BORMAC s.r.l.

Test Report

Instrument model : SB 35
Serial number : 230705706

Test

General condition of the instrument	<input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	<input checked="" type="checkbox"/>
Opening/closing system of the door / lid	<input checked="" type="checkbox"/>
Control panel	<input checked="" type="checkbox"/>
Display	<input checked="" type="checkbox"/>
Verify of the parameters	<input checked="" type="checkbox"/>
Heating test and/or Cooling test	<input checked="" type="checkbox"/>
Verify of the accuracy of the temperature	<input checked="" type="checkbox"/>

Result of the test: POSITIVE

Date: 9/5/24 Signature : 