

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 116)

Oggi 20/08/2024, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso il I LOCALI SITI al IV piano della Sez. Territoriale del Distretto di Teramo dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:


- Dott. ssa Gaia Bramanti ;
- Dott. Pierino Di Pietro ;

si è proceduto alla verifica della conformità di **PID FOTOIONIZZATORE PORTATILE**, (DDT n. 2677 del 30/07/2024, Prot. N. 30349 del 02/08/2024) - fornito dalla ditta **RECOM INDUSTRIALE SRL** come meglio di seguito specificato:

- Rilevatore multigas RKI GX-6000, con pompa di aspirazione integrata. Completo di batteria litio e base da tavolo, datalogger con software (richiede interfaccia IrDA opzionale per scarico dati su PC), clip in acciaio, guscio in gomma antiurto, manuale. Configurato con i seguenti sensori:
- Sensore PID 0-4.000 ppm (10.6eV), GX-6000/9000 (p/n PIS002)
- Sensore NH3 0-400 ppm, GX-6000 (p/n ESS-B332)
- Certificato di taratura su rilevatore portatile multigas/PID - ISO 9001:2015
- Valigia rigida dimensioni mm. 515 x 415 x 135, con interno preformato ed imbottito per contenimento di rilevatore GX-6000, accessori, bombola di gas campione, sonda telescopica (GX-6000 ed accessori non inclusi)
 - S/N _52P0003603-7RN

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento l'apparecchio è risultato completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti, conforme alle caratteristiche tecniche richieste e rispondente alle aspettative prestazionali.

Dott.ssa Gaia Bramanti



Dott. Pierino Di Pietro

