

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'
(DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 Art. 102)

Oggi 03/10/2024, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, presso il Laboratorio di Chimica Ambientale del Distretto di Pescara dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:

- FAIELLA LORENZO
- COLANGELI CARLO

si è proceduto alla verifica di conformità dello strumento AZURA GPC fornito da LAB SERVICE ANALYTICA SRL, come meglio di seguito specificato:

- **AZURA GPC**
- n° seriale: FYC243000002
- n° seriale: FYC243000003
- SCHERMO LCD
- n° seriale: UHB2404036756
- PC
- n° seriale: CZC423760S

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento l'apparecchio è risultato completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti, conforme alle caratteristiche tecniche richieste, rispondente alle aspettative prestazionali e posizionato nella STANZA 36B.

FAIELLA LORENZO



COLANGELI CARLO



Dott. Roberto Cocco

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i.)*