

## VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 116)

Oggi 11/09/2024, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso i locali di Teramo della Sez. di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto di Teramo dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:

- ☐ Dott.ssa Corinne Rafalimantsoa, della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale;
- ☐ Dott.ssa Luciana Di Croce Responsabile della Sezione Chimica Ambientale;

e insieme a 2 operatori della Ditta fornitrice **EXACTA LABCENTER SPA** si è proceduto alla verifica della conformità dei seguenti strumenti **CENTRIFUGA NEYA. 16 + LLG pH METER 7 SET** (DDT. n. 7149 del 24/07/2024) come meglio di seguito specificato:

- **Centrifuga NEYA 16 High Speed Versione R EFRIGERATA senza rotore. Temperatura impostabile da -10C° a + 40° C (da +14 a + 104° F) con incrementi e decrementi di 1° C (o 1° F). Funzione "Precool" per il raffreddamento rapido della centrifuga**
- **Dimensioni esterne (L x P x A): 73 x 64 x 33 cm. P S/n: ZJLU-39406**
- **LLG pH meter 7 set**
- **S/N: 54410330**

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento l'apparecchio è risultato completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti, conforme alle caratteristiche tecniche richieste e rispondente alle aspettative prestazionali.

(Resp. Qualità Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale)

Dott.ssa Corinne Rafalimantsoa



(Resp. Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale)

Dott.ssa Luciana Di Croce

