

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 116)

Oggi 15/07/2023, dalle ore 11:00_ alle ore 12:00__, presso il Laboratorio di Biologia della Sezione di Biologia e Tossicologia del Distretto di L'Aquila dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:

- Dott.ssa Giovannella Vespa Responsabile della Sezione di Biologia e Tossicologia ;
- Dott.ssa Pamela Perez C.T. Biologo del Distretto di L'Aquila

si è proceduto alla verifica della conformità della Sonda multiparametrica OCEA SEVEN 310 fornita dalla ditta **_IDRONAUT Srl** come meglio di seguito specificato:

1 Corpo POM
6 sensori di conducibilità, temperatura, pressione, ossigeno e pH
1 Cavo da 40m
1 avvolgicavo manuale
1 Kit di superficie
1 software REDAS-5

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento gli apparecchi sono risultati completi, funzionanti, esenti da fenomeni bloccanti evidenti, conformi alle caratteristiche tecniche richieste e rispondenti alle aspettative prestazionali.

Il Dirigente di Sezione
Dott.ssa Giovannella Vespa
(Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)